【 BMG LABTECH マイクロプレートリーダー 仕様比較表 】

掲載ページ				P6	P7	P10	P8	P8	P9	P9	P11	P11	P12	P12	P13	P13	P8	P11	P8	P14	P14
シリーズ名				PHERAstar FS	PHERAstar plus	CLARIOstar	POLARstar Omega	FLUOstar Omega	POLARstar Omega-F	FLUOstar Omega-F	POLARstar OPTIMA	FLUOstar OPTIMA	NOVOstar -P	NOVOstar -F	FLUOstar Omega Basic OM	FLUOstar OPTIMA Basic OP	LUMIstar Omega	LUMIstar OPTIMA	SPECTROstar Omega	SPECTROstar Nano	NEPHELOstar plus
測定方法	分光方式		光源																		
蛍光測定 (FI)	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		下方		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
蛍光測定 (FI)	モノクロメーター式	上方	フラッシュランプ			●															
		下方				●															
FRET	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		下方		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
FRET	モノクロメーター式	上方	フラッシュランプ			●															
		下方				●															
吸光度 (ABS)	フィルター式		フラッシュランプ		●				●	●	●	●	●	●							
	スペクトロメーター式			●		●	●	●											●	●	
発光測定 (LUM)	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
		下方		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
発光測定 (LUM)	モノクロメーター式	上方	フラッシュランプ			●															
		下方				●															
BRET	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
		下方		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BRET	モノクロメーター式	上方	フラッシュランプ			●															
		下方				●															
偏光蛍光測定 (FP)	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●		●		●		●								
		下方		●		●															
時間分解蛍光 (TRP)	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		下方		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
時間分解蛍光 (TRF)	フィルター式	上方	レーザー	●																	
		下方		●																	
TR-FRET	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●	●	●	●											
		下方		●		●															
TR-FRET	フィルター式	上方	レーザー	●																	
		下方		●																	
AlphaScreen/AlphaLISA	フィルター式	上方	フラッシュランプ	●	●	●	●	●	●	●											
		下方		●		●	●	●	●	●											
AlphaScreen/AlphaLISA	フィルター式	上方	レーザー	●	●	●															
		下方		●		●															
比濁測定			レーザー																		●